

Dział Projektów Naukowych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
e-mail: katarzyna.zakrzewska2@wum.edu.pl

Zapytanie do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

znak sprawy: APP_370_ABM19_2021

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przez Wykonawcę kalibratorów i kontroli, które są postaci płynnej, gotowe do użycia i są oferowane w odrębnych opakowaniach niezależnych od opakowania odczynnika.

Taki system konfekcjonowania kalibratorów i kontroli jest wygodniejszy dla Zamawiającego i pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie materiałem kalibracyjnym i kontrolnym w zależności od potrzeb Zamawiającego. Pozwala też na oszczędną gospodarkę materiałem kontrolnym i kalibracyjnym dostosowanym do potrzeb konkretnej placówki.

Pytanie 1 jest sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie – prosimy o bardziej precyzyjne sformułowanie.

2. Prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego aparatu pracującego metodą chemiluminescencji.

Tak – zgoda.

3. Prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzanie pełnej kalibracji 6 punktowej. Wielopunktowa kalibracja daje gwarancję uzyskania prawidłowych wyników w pełnym zakresie krzywej kalibracyjnej. Stosowana przez niektórych producentów kalibracja 2-punktowa jedynie dopasowująca krzywą kalibracyjną do krzywej referencyjnej i nie przeprowadzą kalibracji w warunkach istniejących w danym laboratorium.

Pytanie 3 jest sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie – prosimy o bardziej precyzyjne sformułowanie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z intuicyjnym z oprogramowaniem w języku angielskim, oraz instrukcją obsługi w języku polskim?

Tak, o ile zapewnione zostanie szkolenie w obsłudze instrumentu i pomoc techniczna: stała telefoniczna lub przyjazd serwisanta w ciągu 24 godz.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników, w których w „kasce” odczynnika wkładanej na pokład analizatora znajduje się 100 testów, a opakowania handlowe odczynnika jest konfekcjonowane: 2 (kasety) x 100 testów?

Pytanie 5 jest sformułowane w sposób uniemożliwiający zrozumienie – prosimy o bardziej precyzyjne sformułowanie.

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie wzoru umowy, która będzie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa jest w trakcie weryfikacji wewnętrznej – zostanie przedstawiona Wykonawcy niezwłocznie po wyborze, w okresie związania ofertą.