



**Zapytanie ofertowe nr APP1/11/3E161/2022**

W związku z Zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi polegającej na sekwencjonowaniu regionów hiperzmiennych podjednostki bakteryjnego 16S rRNA w celu uzyskania taksonomii zatok bocznych nosa oraz małżowiny nosowej u pacjentów chorych (przewlekłe zapalenie zatok bez polipów – 2x20 osób i z polipami – 2x20 osób) oraz zdrowej kontroli (20 osób). Łącznie 100 próbek. (100 szt.); w ramach działania naukowego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Badanie mikrobiomu u pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych”, realizowanego na mocy decyzji o dofinansowanie nr DEC-2019/03/X/NZ4/01466, odpowiadamy na pytania:

1. Czy Zamawiający dostarczy próbki w postaci wyizolowanego DNA? TAK
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji był liczony od momentu pozytywnego przejścia kontroli ilościowej przez wszystkie próbki w dostarczonej partii lub od momentu uzyskania od Zamawiającego zgody na wykonanie badania mimo, że próbki nie spełniają wymagań ilościowych? TAK
3. Czy Zamawiający jest w stanie dostarczyć DNA o stężeniu  $\geq 5$  nanogramów / mikrolitr w objętości  $\geq 20$  mikrolitrów? Objętość jest możliwa natomiast co do stężenia - nie mamy doświadczenia z materiałem z zatok. W materiale z kału wymagamy aby wykonać sekwencjonowanie przy stężeniu minimum 1 ng/ul i tutaj też prosimy o takie przygotowanie bibliotek i wykonanie seq aby wystarczało stężenie od 1 ng/ul
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni? Nie
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 5 tygodni? Nie
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni? Nie
7. Czy zamawiane badanie dotyczy regionu V3-V4 bakteryjnego genu 16S rRNA? TAK
8. Czy ilość danych z sekwencjonowania NGS wymagana przez Zamawiającego wynosi 50 000 par odczytów w trybie 2 x 300 nt na próbkę? Parametry te są standardowo stosowane w naszym laboratorium do tego typu analiz. Nasze minimum to 100 000 par odczytów w trybie 2 x 300 nt na próbkę
9. Prosimy o doprecyzowanie sformułowania w OPISIE PRZEDMIOTU w załączniku nr 1 do APP1/11/3E161/2022 FORMULARZ OFERTOWY rozpoczynającego się od słów: "w szczególności:" Tą część pomijamy, Izolacje przeprowadzimy we własnym zakresie
10. Czy Zamawiający udostępni załącznik nr 1 do APP1/11/3E161/2022 - FORMULARZ OFERTOWY w wersji możliwej do edycji? Wersja dostępna jedynie w formacie PDF.