



WARSZAWSKI
UNIwersytet
MEDYCZNY

DZIAŁ PROJEKTÓW NAUKOWYCH

ADP/W/APP1/0725/651/NCN33/2023

Warszawa, 28.06.2023

**Zapytanie do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu nr
APP1/19/NCN33/2023**

Pytanie od SEQme s.r.o. Sp. z o.o.:

- 1. Czy 30 próbek zostanie wysłane do Wykonawcy jednorazowo czy w partiach?**

Próbki zostaną dostarczone w jednej partii.

Pytanie od Genomed S.A.

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza sekwencjonowanie w trybie pair-end 2x150 cykli przy jednoczesnym zachowaniu skali 50 MR na próbkę? Proponowany tryb 2x150 zapewnia równoważne z trybem 2x100 dane z sekwencjonowania. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu Zamawiający wymaga odczytów do długości 100 zasad wszystkie dłuższe odczyty po wykonanym sekwencjonowaniu zostaną przycięte bioinformatycznie do tej długości.?**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu odczytu.